

EMPFEHLUNG Kontrastmittel	Salzburger Landeskliniken Universitätsinstitut für Radiologie der PMU Standort LKH	
Titel: Mehrere aufeinanderfolgende Kontrastmittel-Applikationen	Version: 01	
Gültig für: Alle MA	Gültig ab: 29.10.2018	

Management mehrerer aufeinanderfolgender Kontrastmittelapplikationen

(entsprechend der aktuell gültigen ESUR-Guidelines)

Aufeinanderfolgende Jod-Gd- oder Gd-Gd-Applikationen

- GFR > 30 ml:
75 % des gadolinium(Gd) und jodhaltigem KM werden innerhalb von 4 Stunden ausgeschieden. Intervall von 4 Stunden zwischen den KM-Applikationen empfohlen
- GFR < 30 ml
Intervall: 7 Tage

Aufeinanderfolgende Jod-Applikationen

- GFR > 30 ml:
Intervall: 4 Stunden zwischen den KM-Applikationen
- GFR < 30 ml:
Intervall: 48 Stunden
- Dialysepatienten mit Restnierenfunktion:
Intervall: mindestens 48 Stunden

Erstellt von:	Granitz	Datum:	23.10.2018	Unterschrift: (nur am Original)
Geprüft von:	Lauschmann	Datum:	24.10.2018	Unterschrift: (nur am Original)
Freigegeben von:	Hergan	Datum:	29.10.2018	Unterschrift: (nur am Original)