

MRT FORMULAR	Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H. Universitätsinstitut für Radiologie	
Titel: Mannit - Verdünnungsrezept	Version: 01	
Gültig für: MA MRT	Gültig ab: 04/2012	

Mannit - Verdünnungsrezept

Mannit 15% „Fresenius“ 250ml im MRT-Vorbereitungsraum
(Medikamentenschrank) vorrätig → aus dieser die 2,5%ige Mannitlösung
herstellen ->

mögliche Verdünnungsverhältnisse:

- > **1250ml Wasser + 250ml 15%iges Mannit = 2,5%ige Mannitlösung** oder
- > 1000ml Wasser + 200ml 15%iges Mannit = 2,5%ige Mannitlösung oder
- > 840ml Wasser + 160ml 15%iges Mannit = 2,5%ige Mannitlösung

ACHTUNG -> kontraindiziert bei Fructoseintoleranz, Wirkstoffallergie!!!

Erstellt von:	A.Ladinger	Datum: 03/2012	Unterschrift:
Geprüft von:	V.Trebsche	Datum: 03/2012	Unterschrift:
Freigegeben von:	R.Forstner	Datum: 04/2012	Unterschrift:

I:\MRT\KM + Medikamente\2012 MannitVerdünnungsrezept.docx